



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

PARECER TÉCNICO

Alexânia, 19 de junho de 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

Processo Administrativo Nº 2607/2023

Referente às propostas, segue a Análise Técnica.

Eu, Aeliton Silva Lima, Coordenador Farmacêutico da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria de Saúde de Alexânia - GO, no que concerne aos itens e suas respectivas marcas, requisitado pela Comissão Permanente de Licitações, referente ao Registro de preços para aquisição futura e eventual de Material Médico Hospitalar destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alexânia/GO, considero:

- **EMPRESA: C. A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME. CNPJ: 26.457.348/0001-04**
 - **EM CONFORMIDADE: ITENS 57, 59, 60 E 129.**
 - **EM DESCONFORMIDADE: ITENS 33, 34 E 131.**
 - **JUSTIFICATIVA:** As Ataduras referentes aos Itens 33 e 34, ambas da marca ofertada **BIO TEXTIL**, não possuem em sua composição fios de alta torção. O Esparadrapo 10cm x 4,5m da marca ofertada do Item 131 **MAXICOR** não atende o descritivo do edital por não possui Massa Adesiva à Base de Borracha Natural e Resina em sua composição.
- **EMPRESA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. CNPJ: 30.888.187/0001-72**
 - **EM DESCONFORMIDADE: ITEM 35.**
 - **JUSTIFICATIVA:** A Atadura Crepom 20cm x 1,8m da marca ofertada **ANAPOLIS** não é confeccionada em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**


- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 22.803.038/0001-35**
 - **EM CONFORMIDADE: ITEM Nº 58.**

- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 25.029.414/0001-74**
 - **EM CONFORMIDADE: ITEM Nº 141.**

 - **EM DESCONFORMIDADE: ITENS Nº 83, 84 E 85.**
 - **JUSTIFICATIVA:** Os Colares Cervicais de Resgate referentes aos Itens 83, 84 e 85 da marca ofertada não atendem os seus respectivos descritivos do edital por serem de espuma e não são compostos por **PLÁSTICO FLEXÍVEL**, e não possuem abertura que permite palpação do pulso carotídeo.

- **EMPRESA: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 13.169.056/0001-16**
 - **EM CONFORMIDADE: ITEM Nº 120.**

Foram analisadas as informações técnicas das propostas fornecidas pelas empresas dos produtos referentes aos Itens **57, 58, 59, 60, 120, 129 e 141**, os quais atendem os seus respectivos descritivos do edital e DEVEM SER ACEITAS. Já as informações técnicas das propostas fornecidas pelas empresas dos produtos referentes aos Itens **33, 34, 35, 83, 84, 85 e 131** não atendem os seus respectivos descritivos do edital e DEVEM SER RECUSADAS.



AELITON SILVA LIMA
COORDENADOR FARMACÊUTICO
CRF-GO 7664