

This file has been cleaned of potential threats.

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 014/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/04/2023 16:34	Sr. Pregoeiro. Venho mui respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao processo licitatório nº014/2023. Solicitamos esclarecimento nos itens 123 e 124, conforme iremos descrever abaixo. • Item 123 - equipo parenteral no qual dever ser compatível com o modelo da marca Samtronic - Gostaríamos de confirmar se as bombas de infusão da marca samtronic modelo ST1000 é de propriedade do município? • Nos item 123 e 124, ambas descrição não cita o dispositivo "clamp-antifluxo", um importante dispositivo de segurança que previne e mantém a segurança nas infusões para os profissionais de saúde como seus usuários. • Ressaltamos ainda, que não foi localizado no edital a descrição do equipamento! Não sendo informado se as bombas de infusão deveram ser novas? ou qual o período de uso aceitável? • As bombas de infusão deveram atender a última normativa IEC 60601-2-24? Vale ressaltar ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, com o momento ao qual estamos passando, a tecnologia dos equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior segurança, rastreabilidade e praticidade em uso e assim resta aos fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, principalmente àquelas que estão diretamente relacionadas à segurança do paciente!		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/04/2023 16:53	Segue anexo o Parecer Técnico em resposta ao pedido de esclarecimento. Informo ainda que o mesmo encontra-se disponível no site: www.alexania.go.gov.br	PARECER TÉCNICO - RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/ac3b717e274b4fdb9d66e88d1fe85b8a.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/05/2023 14:45	Vimos respeitosamente à presença de Vossa senhoria, com fundamento nas disposições do Ato de convocação e nas leis N° 10.502/02 e 8.666/93, dentro do prazo legal, solicitar ESCLARECIMENTO ao edital. Referente ao Anexo III, subitem 1.2.3.1.2 "Registro do produto na ANVISA (item 212)", apenas o item 12 se encontra sujeito a apresentação de registro ANVISA? Ou todos os demais itens do edital também são cabíveis da apresentação? Certos de vosso entendimento, aguardamos o breve retorno.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/05/2023 10:17	Conforme item 12.8.4.1.2 do edital, a licitante deverá apresentar Registro do produto na Anvisa apenas para o item 212.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/05/2023 13:37	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DO REGISTRO ANVISA DOS PRODUTOS É SOMENTE DO ITEM 212 COMO CONSTA NO ITEM 12.8.4.1.2. DO EDITAL? OPU PARA TODOS OS ITENS?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/05/2023 10:17	Conforme item 12.8.4.1.2 do edital, a licitante deverá apresentar Registro do produto na Anvisa apenas para o item 212.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/05/2023 10:26	Em relação ao item 44, possuímos um modelo de bolsa de colostomia drenável, opaca, com abertura para estoma recortável de 10-70mm, a mesma ainda possui filtro de carvão ativado para eliminar os gases anulando o odor. Cada bolsa possui clamp adesivo próprio, onde na caixa temos 30 bolsas e 30 clamps. Dessa forma, podemos participar desse item com o produto descrito?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/05/2023 10:20	Segue anexo o Parecer Técnico em resposta ao pedido de esclarecimento. Informo ainda que o mesmo encontra-se disponível no site: www.alexania.go.gov.br	PARECER TÉCNICO - ESCLARECIMENTOS - ITEM 44.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/35dc3993e2e849098ad24d697a57e8eb.pdf