



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

PARECER TÉCNICO

Alexânia, 22 de junho de 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

Processo Administrativo Nº 2607/2023

Referente às propostas, segue a Análise Técnica.

Eu, Aeliton Silva Lima, Coordenador Farmacêutico da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria de Saúde de Alexânia - GO, no que concerne aos itens 33, 34 e 35 referentes às Ataduras de Crepom, e suas respectivas marcas, requisitado pela Comissão Permanente de Licitações, referente ao Registro de preços para aquisição futura e eventual de Material Médico Hospitalar destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alexânia/GO, pela análise das propostas realizadas pelas empresas e suas respectivas ordens de classificação, considero:

ITEM 33 – ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M.

- **EMPRESA: LEX MED EIRELI. CNPJ: 17.767.331/0002-35**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ORTOM** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 34.558.660/0001-04**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 22.803.038/0001-35**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **BIO TEXTIL** não possui em sua composição fios de alta torção.

- **EMPRESA: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. CNPJ:
31.085.156/0001-46**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 13.169.056/0001-16**
 - **EM DESCONFORMIDADE:**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **MELHORMED** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. (CNPJ: 25.029.414/0001-74).**
 - **EM CONFORMIDADE.**

ITEM 34 – ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M.

- **EMPRESA: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 34.558.660/0001-04**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.
- **EMPRESA: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. CNPJ: 31.085.156/0001-46**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.
- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 22.803.038/0001-35**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **BIO TEXTIL** não possui em sua composição fios de alta torção.
- **EMPRESA: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 13.169.056/0001-16**
 - **EM DESCONFORMIDADE.**
 - **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **MELHORMED** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.
- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. (CNPJ: 25.029.414/0001-74).**
 - **EM CONFORMIDADE.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

ITEM 35 – ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M.

- **EMPRESA: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 34.558.660/0001-04**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 22.803.038/0001-35**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **BIO TEXTIL** não possui em sua composição fios de alta torção.

- **EMPRESA: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. CNPJ: 31.085.156/0001-46**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ERIMAX** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: LEX MED EIRELI. CNPJ: 17.767.331/0002-35**

- **EM DESCONFORMIDADE.**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **ORTOM** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.

- **EMPRESA: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 13.169.056/0001-16**

- **EM DESCONFORMIDADE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

- **JUSTIFICATIVA:** O produto da marca **MELHORMED** não é confeccionado em tecido mínimo 94% de algodão cru e não possui fios de alta torção.
- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. (CNPJ: 25.029.414/0001-74).**
 - **EM CONFORMIDADE.**

Foram analisadas as informações técnicas das marcas das propostas fornecidas pelas empresas, em suas respectivas ordens de classificação, e as da Empresa **RM HOSPITALAR LTDA** para os Itens 33, 34 e 35 atenderam seus respectivos descritivos do edital e, portanto, **DEVEM SER ACEITAS.**



AELITON SILVA LIMA
COORDENADOR FARMACÊUTICO
CRF-GO 7664