



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE JK
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO**

PARECER TÉCNICO

Trata-se de um parecer técnico em resposta ao pedido de esclarecimentos referentes aos Itens Nº 123 e 124 Pregão Eletrônico 014/2023.

A Bomba de Infusão Samtronic Modelo 1000 Set é de propriedade do Município. Embora não descrito, o Clamp Antifluxo é uma característica técnica relevante para os Equipos solicitados e caso os Produtos e suas respectivas Marcas ofertados para estes Itens não o possuam, será analisado se os mesmos estarão em condições de desempenhar suas funções com as demais especificações técnicas. Ambos os Itens (123 e 124) não são destinados para a aquisição de Bombas de Infusão e sim para Equipos Macrogotas, os quais serão utilizados no aparelho supracitado.

Esta Central de Abastecimento Farmacêutico segue à disposição para quaisquer esclarecimentos e medidas necessárias.


AELITON SILVA LIMA
COORDENADOR FARMACÊUTICO
CRF-GO 7664

13 de abril de 2023.