

**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 014/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/04/2023 11:34	<p>Sr. Pregoeiro. Venho mui respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao processo licitatório nº014/2023. Solicitamos esclarecimento nos itens 123 e 124, conforme iremos descrever abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Item 123 - equipamento parenteral no qual dever ser compatível com o modelo da marca Samtronic - Gostaríamos de confirmar se as bombas de infusão da marca samtronic modelo ST1000 é de propriedade do município?• Nos item 123 e 124, ambas descrição não cita o dispositivo "clamp-antifluxo", um importante dispositivo de segurança que previne e mantém a segurança nas infusões para os profissionais de saúde como seus usuários.• Ressaltamos ainda, que não foi localizado no edital a descrição do equipamento! Não sendo informado se as bombas de infusão deveram ser novas? ou qual o período de uso aceitável?• As bombas de infusão deveram atender a última normatativa IEC 60601-2-24? Vale ressaltar ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, com o momento ao qual estamos passando, a tecnologia dos equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior segurança, restringibilidade e praticidade em uso e assim resta aos fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, principalmente aquelas que estão diretamente relacionadas à segurança do paciente!		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp,	Endereço
			Não há arquivo anexado.

KELLY CRISTINA MOREIRA MELO SANTOS

ALEXÂNIA-GO - 12/04/2023