



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

**Resposta Nº 001/2022 – Esclarecimentos Edital 061/2022**

**DA ANÁLISE DO PEDIDO**

Em resposta ao pedido de esclarecimentos impetrado pela Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda., CNPJ 13.333.090/0001-84. A proponente solicita informação referente ao Item 01, como segue texto transcrito:

*1- O descritivo solicita: "Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos" no entanto posteriormente contradiz solicitando "conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos", tendo em vista que pacientes neonatais que necessitam de diálise são pacientes alocados em UTI Neonatal, e que mesmo nessas condições, a escolha mais indicada é a Diálise Peritoneal, até por que as demais terapias necessitam de acesso vascular, o que é muito difícil em pacientes recém-nascidos. Estamos considerando que serão aceitos equipamentos com conexões que permitam o uso de insumos indicados para pacientes Adultos e pediátricos, conforme exigência inicial. Nosso entendimento está correto?*

*2- O descritivo solicita o fornecimento de 10 kits para cada aparelho adquirido, de todos os acessórios/insumos necessários para o funcionamento do equipamento e realização do procedimento, no entanto essa exigência foge totalmente do padrão de mercado e onera significativamente a proposta. Ressaltamos ainda que nem todos os fornecedores de aparelhos de Hemodiálise são fornecedores de todos os insumos necessários para realização do procedimento, e essa exigência acaba restringindo drasticamente o número de potenciais licitantes e prejudicando o Princípio da Ampla Participação. Diante dos fatos, solicitamos que a exigência de fornecimento de kits de insumos seja retirada do descritivo.*

*Caso este não seja o entendimento do órgão, gentileza listar todos os itens que serão exigidos para estes "kits", tendo em vista que o termo utilizado é muito amplo e não permite uma precificação precisa.*

*3 - Atualmente as máquinas de hemodiálise contam com a utilização de Filtros de Endotoxinas, que são consumíveis que devem ser substituídos conforme determinação de cada fabricante. Estamos considerando que será exigido apenas o primeiro filtro para instalação da máquina e que os demais serão adquiridos pela instituição conforme utilização do equipamento, meio de desinfecção e recomendação do fabricante. Nosso entendimento está correto?*

Informo que o equipamento, está descrito conforme o disponibilizado pela Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo para o SUS (RENEM).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA**  
**GABINETE DO PREFEITO – GABIN**

Portanto deverá o equipamento possuir conexões universais que atendam pacientes pediátricos e adultos.

OS KITS acessórios/insumos para realização do procedimento de diálise, são: solução ácida, solução básica, filtro/capilar, Linhas arteriais e venosas, equipo e seringa que deverão ser 10, (dez) de cada para cada máquina.

Alexânia, 16 de dezembro de 2022

**Janaína Olímpio da Silva**

Secretária Municipal de Saúde  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde  
Matricula 67101-1