



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

**PARECER TÉCNICO**

Alexânia, 15 de julho de 2024

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024**

Processo Administrativo Nº 5873/2024

Referente às propostas, segue a Análise Técnica.

Eu, Aeliton Silva Lima, Coordenador Farmacêutico da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria de Saúde de Alexânia - GO, no que concerne aos itens 1, 2, 3 e 4, e suas respectivas marcas, requisitado pela Comissão Permanente de Licitações, referente ao Registro de preços para aquisição futura e eventual de Tiras Reagentes de medida de Glicemia Capilar, para punção digital para portadores de Diabetes Mellitus insulino dependente e para utilização nas Unidades de Saúde e Rede Hospitalar, com fornecimentos dos Aparelhos Glicosímetros sem qualquer custo adicional, pela análise das propostas realizadas pelas empresas e suas respectivas ordens de classificação, considero:

**ITEM 1 – TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR**

- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 25.029.414/0001-74**
  - **EM CONFORMIDADE.**

**ITEM 2 – TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR**

- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.**  
**CNPJ: 22.803.038/0001-35**
  - **EM DESCONFORMIDADE.**
    - **JUSTIFICATIVA:** A marca solicitada no descritivo é ROCHE e a marca ofertada foi MEDISING.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

- **EMPRESA: REMORA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.**  
**CNPJ: 27.634.076/0001-25**
  - **EM CONFORMIDADE.**

**ITEM 3 – TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR +  
APARELHOS GLICOSÍMETROS EM REGIME DE BONIFICAÇÃO.**

- **EMPRESA: RM HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 25.029.414/0001-74**
  - **EM CONFORMIDADE.**

**ITEM 4 – TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR +  
APARELHOS GLICOSÍMETROS EM REGIME DE BONIFICAÇÃO.**


- **EMPRESA: REMORA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.**  
**CNPJ: 27.634.076/0001-25**
  - **EM DESCONFORMIDADE.**
    - **JUSTIFICATIVA:** A faixa de medição do descritivo é de 10mg/dL a 600mg/dL e a da marca ofertada ON CALL é entre 20mg/dL a 600mg/dL.
- **EMPRESA: DINIZ HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 46.676.293/0001-22**
  - **EM DESCONFORMIDADE.**
    - **JUSTIFICATIVA:** A faixa de medição do descritivo é de 10mg/dL a 600mg/dL e a da marca ofertada ON CALL é entre 20mg/dL a 600mg/dL.
- **EMPRESA: ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.**  
**CNPJ: 24.652.465/0001-95**
  - **EM DESCONFORMIDADE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

- **JUSTIFICATIVA:** A faixa de medição do descritivo é de 10mg/dL a 600mg/dL e a da marca ofertada ON CALL PLUS é entre 20mg/dL a 600mg/dL.
  
- **EMPRESA: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.**  
**CNPJ: 22.803.038/0001-35**
  - **EM CONFORMIDADE.**

Foram analisadas as informações técnicas das propostas fornecidas pelas empresas, em suas respectivas ordens de classificação, dos produtos referentes aos Itens **1, 2, 3 e 4**. As propostas fornecidas pela empresa RM HOSPITALAR LTDA para os Itens 1 e 3, a proposta fornecida pela empresa REMORA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI para o Item 2 e a proposta fornecida pela empresa FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES para o Item 4 atendem os seus respectivos descritivos do edital e, portanto, DEVEM SER ACEITAS.

  
**AELITON SILVA LIMA**  
COORDENADOR FARMACÊUTICO  
CRF-GO 7664